

## ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

**Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych artykułów medycznych i drobnego sprzętu medycznego dla OCZ w Ostrzeszowie w okresie 24 miesięcy - nr sprawy OCZ-ZP-4/2020**

### **PYTANIE 1, pakiet 1, pozycja 6:**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania, jako produkt równoważny, worków na wymiociny przezroczystych wykonanych z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztywnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, skala pomiarową do 100 ml co 10 ml). Wyrób jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu.

Opisany wyrób nie odbiega w znaczny sposób od wymaganego przez Zamawiającego, a z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, pozwala natomiast zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

### **Odpowiedź nr 1**

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że posiada zastawkę antyzwrotną.

### **PYTANIE 2, pakiet 1, pozycja 6:**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania, jako produkt równoważny, worek na wymiociny z tekturowym ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ?

Opisany wyrób z pewnością nie wpływa negatywnie na jakość i funkcjonalność, a nadto spełnia podstawowy wymóg zamawiającego tzn. zastawkę anty-zwrotną oraz pozwala zaproponować znacznie tańszy asortyment, na czym winno Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych, zależeć.

Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego, prosimy o wskazanie merytorycznych, medycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

### **Odpowiedź nr 2**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 3, pakiet 1, pozycja 12:**

Czy Zamawiając dopuści pojemnik na płyny ustrojowe jałowy o pojemności 30ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 3**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 4, pakiet 1, pozycja 13:**

Czy Zamawiając dopuści pojemnik do analizy kału o pojemności 30ml reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 4**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 5, pakiet 1, pozycja 14:**

Czy Zamawiając dopuści sterylny pojemnik do analizy kału o pojemności 30ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 5**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 6, pakiet 1, pozycja 15:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważnych, w pakiecie 1, pozycji 15 opasek identyfikacyjnych na tękę dla noworodka wykonanych z PCV (polichloroku winylu) o długości 17 cm; szerokość 18 mm, zapięcie uniemożliwia zdjęcie opaski; opaska posiada pole do opisu danych pacjenta zgodnie z nadrukowanym wzorem lub z możliwością umieszczenia dowolnych informacji z drugiej strony (niezadrukowanej); opaska bez nadruku w kolorach: różowym, niebieskim i przezroczystym.

Polichlorek winylu (PCV) wykorzystany do produkcji opasek identyfikacyjnych, to miękkie i elastyczne tworzywo nie zawierające ftalanów, zapewniające komfort i bezpieczeństwo pacjentom. Opisane opaski są powszechnie stosowane w placówkach ochrony zdrowia, a nieznaczna różnica w rozmiarze pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane



procedury medyczne i ich efektywność, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania lepsze lub równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

#### **Odpowiedź nr 6**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **PYTANIE 7, pakiet 1, pozycja 15:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, jako równoważnych, w pakiecie 1, pozycji 16 opasek do identyfikacji dorosłych o długości 24 cm, zapięcie uniemożliwia zdjęcie opaski; opaska posiada pole do opisu danych pacjenta zgodnie z nadrukowanym wzorem lub z możliwością umieszczenia dowolnych informacji z drugiej strony (niezadrukowanej); opaska bez nadruku w kolorze przezroczystym.

Opisane opaski są powszechnie stosowane w placówkach ochrony zdrowia, a nieznaczna różnica w rozmiarze pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury medyczne i ich efektywność, dlatego precyzyjne konkretyzowanie poszczególnych wymiarów, jest niczym nie uzasadnione i stanowi naruszenie zasad opisu przedmiotu zamówienia.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania lepsze lub równoważne. Nadto dopuszczenie powyżej opisanego pojemnika pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty, na czym powinno zależeć Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych.

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

#### **Odpowiedź nr 7**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

#### **PYTANIE 8, pakiet 1, pozycja 24-27:**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na próbki histopatologiczne wykonane polipropylenu, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Rodzaj materiału z jakiego jest wykonany pojemnik nie ma żadnego wpływu na jakość wykonywanych procedur medycznych.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Nadto dopuszczenie powyższego pozwoli złożyć konkurencyjne oferty, na czym Zamawiającemu, jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

#### **Odpowiedź nr 8**

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że jest odporny na formalinę.

**PYTANIE 9, pakiet 1, pozycja 27:**

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na próbki histopatologiczne o pojemności 2300 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 9**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 9, pakiet 1, pozycja 27:**

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na próbki histopatologiczne o pojemności 3000 ml, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ? Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym. Dopuszczenie powyższego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co pozwoli Zamawiającemu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 9**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**PYTANIE 10, pakiet 1, pozycja 30 i 31:**

Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne ze stali węglowej pochodzący od jednego producenta, opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk. Zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i jednostkowym oznaczony numer ostrza, data produkcji, data ważności oraz numer serii.

Opisane ostrza są wystarczające do przeprowadzenia poprawnej i skutecznej procedury medycznej, a wymóg producenta na ostrzu wskazuje na konkretnego wytwórcę, co stanowi nieuprawnione ograniczenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wymóg ten nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność przedmiotu zamówienia oraz jakość i efektywność przeprowadzanych procedur medycznych. Dlatego dane umieszczone na opakowaniu jednostkowym, są wystarczającą informacją, szczególnie że Zamawiający wymaga, aby wszystkie ostrza pochodziły od jednego producenta.

Ponadto, zasady i obligatoryjne elementy oznakowania wyrobów medycznych, wynikają z przepisów załącznika 2 do *Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych* (Dz.U. z 2016 r. poz. 211). Punkt 13.3 załącznika wyraźnie wskazuje elementy oznakowania wyrobu, przy czym odnoszą się one do opakowania/etykiety. Żaden z przepisów prawa, dotyczących wyrobów medycznych, nie nakazuje umieszczania jakichkolwiek oznakowań bezpośrednio na wyrobach! Stąd takie żądanie, jako bezpodstawne, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa, winno być uznane za niebyłe.

W razie podtrzymania wymogu, żądamy wskazania merytorycznych i użytkowych argumentów, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, wraz ze wskazaniem



podstawy prawnej, upoważniającej Zamawiającego do naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, na których bazuje Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź nr 10**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź nr 11**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 3, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z FEP. Zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 12**

Tak, zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 13**

**Pakiet 3, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 14**

**Pakiet 3, poz. 1-2**

Czy Zamawiający, ze względu na bardziej specyficzną funkcję kaniuli, bo neonatologiczną typu Neoflon, wyrazi zgodę aby koreczki pochodziły od innego producenta niż kaniula w poz. Nr 1-2.

**Odpowiedź nr 14**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 15**

**Pakiet 3, poz. 1-2**

Czy Zamawiający wymaga kaniuli neonatologicznej posiadającej 4 paski radiocieniujące?

**Odpowiedź nr 15**

Zamawiający wymaga kaniuli neonatologicznej posiadającej paski radiocieniujące.

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 3, poz. 1-2**

Ze względu na to, że typowa kaniula neonatologiczna nie posiada portu bocznego portu, czy



Zamawiający wymaga kaniuli bez portu, ze zdejmowalnym dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli?

**Odpowiedź nr 16**

Tak. Zamawiający wymaga kaniuli bez portu, ze zdejmowalnym dodatkowym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli.

**Pytanie nr 17**

**Pakiet 3, poz. 3-7**

Czy Zamawiający wymaga kaniuli do cewnikowania żył posiadającej 4 paski radiocieniujące?

**Odpowiedź nr 17**

Tak, Zamawiający wymaga kaniuli do cewnikowania żył posiadającej paski radiocieniujące.

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 3, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 2,05 x 45 mm zamiast 2,0 x 45 mm??  
Pozostałe zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź nr 18**

Tak, Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 2,05 x 45 mm zamiast 2,0 x 45 mm.  
Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 19**

**Pakiet 3, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 2,20 x 45 mm zamiast 2,0 x 45 mm??  
Pozostałe zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający **nie dopuści** kaniulę w rozmiarze 2,20 x 45 mm zamiast 2,0 x 45 mm

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 3, poz. 8**

Czy Zamawiający wymaga koreczka typu kombi posiadającego trzpięń poniżej krawędzi koreczka.

**Odpowiedź nr 20**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zaczepu na dzień? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 21**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym? Pozostałe parametry zgodne z

SIWZ.

**Odpowiedź nr 22**

Tak, Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o długości komory ok. 48 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 23**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24**

**Pakiet 11, poz. 5-8**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze , z tłokiem w kolorze niebieskim i przezroczystym cylindrem?

**Odpowiedź nr 24**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 25**

**Pakiet 11, poz.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przedłużacza do pompy infuzyjnej biały/ ciemny posiadającego Średnice wewnętrzna drenu 1,2 mm??

**Odpowiedź nr 25**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26**

**Pakiet 11, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z tłokiem z polietylenu, cylinder z polipropylenu?

**Odpowiedź nr 26**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 27**

**Pakiet 11, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


**Odpowiedź nr 27**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 28**

**Pakiet 11, poz. 11**

Proszę o dopuszczenie strzykawek o poj. 100 ml pakowanych po 25 sztuk. Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



**Odpowiedź nr 28**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 29****Pakiet 11, poz. 13**

Proszę o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej i z igłą 0,45 x 13 mm zamiast 0,4 x 13. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 29**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30****Pakiet 11, poz. 14**

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,33 x 13 mm zamiast 0,4 x 13. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 30**

Zamawiający **nie dopuszcza**.

**Pytanie nr 31****Pakiet 11, poz. 21, 22**

Czy Zamawiający dopuści motylki o dł. igły 20 mm zamiast 19 mm?

**Odpowiedź nr 31**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 32****Pakiet 11, poz. 24**

Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego posiadającego kolorowe pokrętła w zależności od zastosowania (białe, czerwone, niebieskie) ?

**Odpowiedź nr 32**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 33****Pakiet 11, poz. 24**

Czy Zamawiający wymaga kranika trójdrożnego do regulacji przepływów podczas podawania leków z możliwością podawania lipidów?

**Odpowiedź nr 33**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 34****Pakiet 1, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml?





**Odpowiedź nr 34**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 35**

Pakiet 1, poz. 4,15-16,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 35**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36**

Pakiet 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

**Odpowiedź nr 36**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 37**

Pakiet 1, poz.16

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

**Odpowiedź nr 37**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 38**

Pakiet 1, poz.15

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

**Odpowiedź nr 38**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 39**

Pakiet 1, poz.19

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma



otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

**Odpowiedź nr 39**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 40**

Pakiet 1, poz. 4-6,9,15-16,18-19

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-6,9,15-16,18-19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź nr 40**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 41**

Pakiet 3, poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz. 8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź nr 41**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 42**

Pakiet 3, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 42**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 43**

Pakiet 3, poz. 8

Czy zamawiający wymaga opakowania typu TYVEC?

**Odpowiedź nr 43**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 44**

Pakiet 3, poz. 8

Czy zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono nazwę wytwórcy, nazwę importera, numer katalogowy, datę produkcji i datę ważności, metodę sterylizacji oraz znak CE?

**Odpowiedź nr 44**

Zamawiający wymaga standardowego opisanie opakowań jednostkowych.



**Pytanie nr 45**

Pakiet 5, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 45**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 46**

Pakiet 5, poz.7

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź nr 46**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 47**

Pakiet 5, poz.7

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyż produkt jest wyrobem niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na zużycie większej ilości materiału na opakowanie oraz późniejszą konieczność utylizacji większej ilości odpadów foliowych w postaci opakowań indywidualnych.

**Odpowiedź nr 47**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 48**

Pakiet 5, poz.9

Prosimy o podania parametrów prześcieradła które oczekuje zamawiający.–wymiar, z czego ma być.

**Odpowiedź nr 48**

Prześcieradło nieprzemakalne, może być wykonane z włókniny PP + PE, obszyte na obwodzie gumką 75x185x10 cm (+/- 10 cm)..

**Pytanie nr 49**

Pakiet 11,poz. 1-3,9-11,

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,9-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź nr 49**

Zgodnie z SIWZ.



**Pytanie nr 50**

Pakiet 11, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga opakowania papier- folia?

**Odpowiedź nr 50**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 51**

Pakiet 11, poz. 1,3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź nr 51**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 52**

Pakiet 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź nr 52**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 53**

Pakiet 11, poz. 9-11

Czy zamawiający dopuści skalę jednostronną, czytelną i niezmywalną?

**Odpowiedź nr 53**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 54**

Pakiet 11, poz. 9-13

Czy zamawiający wydzieli poz. 9-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź nr 54**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 55**

Pakiet 11, poz. 9-13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź nr 55**

Zmawiający wyraża zgodę na wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości



z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań w poz 9-10 oraz 13, nie wyraża zgody dla poz.11-12.

**Pytanie nr 56**

**Zadanie 7 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o średnicy 36mm , dodatkowo wyposażonej w języczek do łatwiejszej aplikacji elektrody ( 1mm różnic w rozmiarze nie powinien stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu)

**Odpowiedź nr 56**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 57**

**Zadanie 7 poz. 7**

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia- czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi czy też dopuszcza zaferowanie papieru kompatybilnego?

**Odpowiedź nr 57**

Tak, Zamawiający dopuszcza kompatybilny.

**Pytanie nr 58**

**Zadanie 7 poz. 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do EKG w kolorze żółtym bądź różowym, przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź nr 58**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 59**

**Zadanie 7 poz. 10**

Zc względu na zmianę sposobu pakowania żelu do endoskopii prosimy o dopuszczenie pojemności 82ml bądź 260 ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 59 sztuk lub 19 sztuk.

**Odpowiedź nr 59**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 60**

**Dotyczy projekt umowy par. 2 ust.3**

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem miejsce wskazane przez zamawiającego? Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia? Czy Zamawiający oczekuje jednego czy kilku miejsc dostaw, jakich ?

**Odpowiedź nr 60**

Zamawiający oczekuje dostarczenia towaru zgodnie z §2 wzoru umowy.



**Pytanie nr 61**

Pakiet 4 poz. 1, 2, 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów ze złączem EnFit.

Połączenie EnFit zastąpiło stożkowe połączenia EnLock. Zmiana jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

**Odpowiedź nr 61**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 62**

**Pakiet 5, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści worek na zwłoki za zapięciem na zamek, w kolorze czarnym 1 parą rękawiczek?

**Odpowiedź nr 62**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 63**

**Pakiet 5, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 30 ml?

**Odpowiedź nr 63**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 64**

**Pakiet 5, pozycja 4-** Czy zamawiający dopuści myjki pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź nr 64**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 65**

**Pakiet 5, pozycja 5-** Czy zamawiający dopuści pałeczkę z miękką gąbeczką do toalety jamy ustnej pakowaną po 50 sztuk?

**Odpowiedź nr 65**

Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, aby każda pałeczka była pakowana pojedynczo.

**Pytanie nr 66**

**Pakiet 5, pozycja 5-** Czy zamawiający wymaga gąbeczki to toalety jamy ustnej pokrytej dwuwęglanem sodu ?

**Odpowiedź nr 66**


Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 67**

**Pakiet 5, pozycja 6-** Czy zamawiający dopuści ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych z mankietem o obwodzie 26-36 cm?

**Odpowiedź nr 67**

Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie nr 68**

**Pakiet 5, pozycja 7-** Czy zamawiający dopuści fartuch jednorazowy j.u. w rozmiarze 71x 117 cm?

**Odpowiedź nr 68**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 69**

**Pakiet 10, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy karbowany również w środku?

**Odpowiedź nr 69**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 70**

**Pakiet 10, pozycja 8-13** - Czy zamawiający dopuści maskę tlenową wykonaną z nietoksycznego PCV z regulowaną blaszką na nos zapewniającą wygodne dopasowanie.

**Odpowiedź nr 70**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 71**

**Pakiet 10, pozycja 14-15-** Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną wykonaną z PCV, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 71**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 72**

**Pakiet 10, pozycja 21-** Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy z zakresem objętości oddechowej 150-1500 ml?

**Odpowiedź nr 72**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 73:**

**Pakiet 8 poz. 4,6,9,12,13,14,15,16:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 4,6,9,12,13,14,15,16 do osobnego pakietu, co pozwoli złożyć korzystne cenowo oferty?

**Odpowiedź nr 73**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 74**

**Pakiet 8 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści maski z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- 1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki?

**Odpowiedź nr 74**

Zamawiający nie dopuszcza



**Pytanie nr 75**

**Pakiet 8 poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z folii polietylenowej, ściągane gumką, rozmiar 40x15 cm, op. a' 100 szt.=50 par?

**Odpowiedź nr 75**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 76**

**Pakiet 8 poz. 11:**

Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny polipropylenowej SMS (bluza+spodnie), spodnie zbierane w pasie z trokami, nogawki proste, bluza pod szyją wycięta w kształcie litery V (z lamówką w tym samym kolorze), pakowany pojedynczo, kolor zielony lub niebieski?

**Odpowiedź nr 76**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 77**

**Pakiet 12 poz. 1:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 do osobnego pakietu, co pozwoli złożyć korzystne cenowo oferty?

**Odpowiedź nr 77**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 78**

**Pakiet 12 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozm. 30x40cm?

**Odpowiedź nr 78**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 79**

**Pakiet nr 12 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch bez zawinięcia w serwetę?

**Odpowiedź nr 79**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 80**

**Pakiet nr 12 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch zawinięty w papier krepowany i pakowany dodatkowo z dwoma ręczniczkami do osuszania rąk?

**Odpowiedź nr 80**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 81**

**Pakiet 12 poz. 6:**





Czy Zamawiający dopuści 3-częściową osłonę na ramię C, osłona zbudowana z: 2 x osłona typu beret (33÷112)x56cm + folia 250x50cm z 10 przylepcami 5x5cm?

**Odpowiedź nr 81**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 82**

**Pakiet 12 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C w rozm. 104x183 cm?

**Odpowiedź nr 82**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 83**

**Pakiet 12 poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 45x75 cm?

**Odpowiedź nr 83**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 84**

**Pakiet 12 poz. 11:**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę jednorazową metalową?

**Odpowiedź nr 84**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 85**

**Dot. umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

**Odpowiedź nr 85**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 86**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za



zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

**Odpowiedź nr 86**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 87**

**Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pałeczki do wymazów o długości 150 mm w opakowaniu papier-  
folia?

**Odpowiedź nr 87**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 88**

**Pakiet 1 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze w opakowaniu a'50 sztuk z przeliczeniem do 30  
pełnych opakowań?

**Odpowiedź nr 88**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 89**

**Pakiet 1 poz. 13-14**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 18 ml lub 25 ml?

**Odpowiedź nr 89**

Zamawiający dopuszcza tylko pojemniki 25 ml..

**Pytanie nr 90**

**Pakiet 1 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 17,5 cm?

**Odpowiedź nr 90**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 91**

**Pakiet 1 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 25 cm?

**Odpowiedź nr 91**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 92****Pakiet 1 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem z zaciskiem przesuwным zakończonym, atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką?

**Odpowiedź nr 92**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 93****Pakiet 1 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z kanką o wymiarach (mm): 90 x 10, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 93**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 94****Pakiet 1 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na ostre odpady medyczne 0,7 l o wysokości 120 mm, średnica górna: Owal 110x60, średnica dolna: 100x50, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 94**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 95****Pakiet 1 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na ostre odpady medyczne 1 l o wysokości 120 mm, średnica górna: 120 mm, średnica dolna: 110 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 95**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 96****Pakiet 1 poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na ostre odpady medyczne 2 l o wysokości 220 mm, średnica górna: 120 mm, średnica dolna: 105 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 96**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 97**

**Pakiet 1 poz. 24-27**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polietylenu?

**Odpowiedź nr 97**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że jest odporny na formalinę.

**Pytanie nr 98**

**Pakiet 1 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik wykonany z polipropylenu o pojemności 2300 ml?

**Odpowiedź nr 98**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że jest odporny na formalinę.

**Pytanie nr 99**

**Pakiet 1 poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o pojemności 1200 ml?

**Odpowiedź nr 99**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 100**

**Pakiet 1 poz. 33**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę wykonaną z poliuretanu?

**Odpowiedź nr 100**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 101**

**Pakiet 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę rozmiar 27Gx120mm?

**Odpowiedź nr 101**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 102**

**Pakiet 2 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń z serwetą chirurgiczną 50 x 75 cm z otworem centralnym o średnicy 7cm (w miejsce serwety 50 x 70 cm z otworem centralnym o średnicy 7 cm). Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź nr 102**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 103**

**Pakiet 5 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 30 ml z dokładną, łatwą do odczytania skalą linearną co 1 ml, cyfrowa co 5 ml, w opakowaniu a'90 sztuk z przeliczeniem do 834 pełnych opakowań?

**Odpowiedź nr 103**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 104**

**Pakiet 5 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane indywidualnie w opakowanie folia-folia z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej chromem zabezpieczonym plastikową osłonką w opakowaniu a'50 sztuk z przeliczeniem do 30 pełnych opakowań?

**Odpowiedź nr 104**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 105**

**Pakiet 8 poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 105**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 106**

**Pakiet 8 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret?

**Odpowiedź nr 106**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 107**

**Pakiet 8 poz. 4,5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 107**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 108**

**Pakiet 8 poz. 6**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź nr 108**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 109**

**Pakiet 8 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź nr 109**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 110**

**Pakiet 8 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe antypoślizgowe w rozmiarze 38x17cm?

**Odpowiedź nr 110**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 111**

**Pakiet 8 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe w rozmiarze 41x15cm?

**Odpowiedź nr 111**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 112**

**Pakiet 8 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści komplet z włókniny SMS?

**Odpowiedź nr 112**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 113**

**Pakiet 8 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści komplet z lamówką w koleżce ubrania?

**Odpowiedź nr 113**

Zamawiający dopuszcza.


**Pytanie nr 114**

**Pakiet 8 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści podkład papierowo foliowy w rozmiarze 38cm x 40MB?

**Odpowiedź nr 114**

Zamawiający nie dopuszcza.



**Pytanie nr 115**

**Pakiet 8 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści podkład papierowo foliowy w rozmiarze 33cm x 25MB z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych rolek?

**Odpowiedź nr 115**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 116**

**Pakiet 8 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy o dł. 40mb z przeliczeniem zamawianej ilości i perforacją co 50cm?

**Odpowiedź nr 116**

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że szerokość wynosi 33 cm.

**Pytanie nr 117**

**Pakiet 8 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy o dł. 50mb z przeliczeniem zamawianej ilości i perforacją co 38cm?

**Odpowiedź nr 117**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 118**

**Pakiet 8 poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym z wycięciem Y pod szyją?

**Odpowiedź nr 118**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 119**

**Pakiet 11 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 2 ml z możliwością rozszerzenia do 2,5 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 119**

Zamawiający dopuszcza.


**Pytanie nr 120**

**Pakiet 11 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 5 ml z możliwością rozszerzenia do 5,5 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 120**

Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie nr 121**

**Pakiet 11 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 10 ml z możliwością rozszerzenia do 11 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 121**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 122**

**Pakiet 11 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 20 ml z możliwością rozszerzenia do 22 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 122**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 123**

**Pakiet 11 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawk o pojemności 20 ml w opakowaniu a'70 sztuk z przeliczeniem do 611 pełnych opakowań?

**Odpowiedź nr 123**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 124**

**Pakiet 11 poz. 9**

Czy Zamawiający miał na myśli strzykawki trzyczęściowe 50/60 ml z wyraźną skalą oznaczona co 1 mm<sup>3</sup> cyfrą nadrukowaną co 10 mm<sup>3</sup>, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 124**

Zamawiający myśli strzykawki trzyczęściowe 50/60 ml z wyraźną skalą oznaczona co 1 cm<sup>3</sup> cyfrą nadrukowaną co 10 mm<sup>3</sup>, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pytanie nr 125**

**Pakiet 11 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bursztynowe posiadające pojedynczą skalę pomiarową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 125**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 126**

**Pakiet 11 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 100 ml z pojedynczą skalą pomiarową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 126**

Zamawiający dopuszcza.





**Pytanie nr 127**

**Pakiet 11 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1 ml z igłą 0,45x13mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 127**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 128**

**Pakiet 11 poz. 21-22**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie typu motylek wyposażonym w drenem wyposażonym w zamknięcie Luer, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź nr 128**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamknięcie Luer Lock.

**Pytanie nr 129**

**Pakiet 12, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepna kieszeń na narzędzia w rozmiarze 30 x 40 cm?

**Odpowiedź nr 129**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 130**

**Pakiet 12, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 cm?

**Odpowiedź nr 130**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 131**

**Pakiet 12, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch indywidualnie pakowany bez owinięcia w serwetę?

**Odpowiedź nr 131**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 132**

**Pakiet 12, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch zawinięty w serwetę razem z 2 ręcznikami chłonnymi?

**Odpowiedź nr 132**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 133**

**Pakiet 12, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw osłon na ramię C, składający się z osłony górnej w rozmiarze 100 x 160 cm, osłony dolnej w rozmiarze 80 x 150 cm oraz taśmy samoprzylepnej 3 x 100 cm? Osłony zakończone elastyczną gumką do stabilizacji.

**Odpowiedź nr 133**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 134**

**Pakiet 12, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 75 cm?

**Odpowiedź nr 134**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 135**

**Pakiet 12, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 60 cm?

**Odpowiedź nr 135**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 136**

**Pakiet 12, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 50 cm?

**Odpowiedź nr 136**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 137**

**Pakiet nr 2 Poz. 7**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do znieczulenia 25G o długości 130mm, pakowane razem z prowadnicą, co poszerzy tylko możliwość ich wykorzystania, a nie wpływa na cenę oferowanego wyrobu, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do wkłuc podpajęcznych, powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony pryzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

**Odpowiedź nr 137**

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**Pytanie nr 138 pakiet nr 2 Poz. 8-9**

.Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do wkłuć podpajęcznych typu Spinocan, to igły, które posiadają wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony pryzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ - tak jak oryginalne igły Spinocan, której to nazwy użył w opisie przedmiotu zamówienia sam Zamawiający, określając tym samym równoważne i/lub wymagane parametry igieł.

**Odpowiedź nr 138**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Pytanie nr 139**

**Pakiet nr 2 Poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do punkcji lędźwiowych, o dł. 88-90mm, europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Wnioskowana tolerancja w długości igły nie stanowi w naszej ocenie istotnej różnicy w bezpiecznym i prawidłowym wykonaniu procedury, a jednocześnie poszerza grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź nr 139**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 140**

**Pakiet nr 2 Poz. 11-12**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do punkcji lędźwiowych, powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony pryzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym, co znacznie ułatwia prawidłowe i szybkie pozycjonowanie igły oraz wykonanie procedury, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

**Odpowiedź nr 140**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 141**

**Pakiet nr 2 Poz. 12**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do punkcji lędźwiowych, o dł. 120-130mm, europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Wnioskowana tolerancja w długości igły nie stanowi w naszej ocenie istotnej różnicy w bezpiecznym i prawidłowym wykonaniu procedury, a jednocześnie poszerza grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź nr 141**

Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie nr 142****Pakiet nr 2 Poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, sterylne zestawy do znieczuleń, umożliwiające wygodne, w pełni aseptyczne wykonanie procedury, o następującym składzie:

10szt. kompresów z włókniny 5x5cm, 1 szt. duża pęseta plastikowa, 1 szt. opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm, 1 szt. serweta operacyjna włókninowa 45x75cm, 1 szt. serweta chirurgiczna, włókninowa 60x50cm z otworem, igły iniekcyjne 25 i 50mm, 1 szt. strzykawka 3-częściowa o poj. 3ml, 1 szt. strzykawka 3-częściowa 5ml - całość pakowana, w jednym wygodnym do otwarcia i użytkowania opakowaniu typu tacka/blister

lub

6szt. tamponów z gazy bawełnianej /tupferów/ wielkości śliwki, 1 szt. kleszczyków plastikowych 14cm, 1 szt. opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm, 1 szt. serweta barierowa włókninowa 75x90cm, 1 szt. barierowa serweta włókninowa 75x90cm z otworem i przylepna krawędzią boczną, igły iniekcyjne 18G i 21G, niskooporowa strzykawka luer-lock 5ml - całość pakowana, w jednym wygodnym do otwarcia i użytkowania opakowaniu typu tacka/blister

lub

5szt. tamponów z gazy bawełnianej /tupferów/ wielkości śliwki, 1 szt. kleszczyków plastikowych 14cm, 1 szt. opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7,2cm, 1 szt. serweta barierowa włókninowa 75x90cm, 1 szt. barierowa serweta włókninowa, dwuczęściowa 45x37cm z regulowaną wielkością otworu, igły iniekcyjne 18G i 21G, 1 szt. strzykawka z tłokiem niskooporowym luer-lock 10ml - całość pakowana, w jednym wygodnym do otwarcia i użytkowania opakowaniu typu tacka/blister

lub

5szt.tupferów gazowych 20x20cm, 4 szt. kompresów gazowych 8 warstwowych 7,5x7,5cm, 1 szt. serweta samoprzylepna 45x45cm, 1 szt. serweta włókninowa 75x90cm, 1 szt. ręcznik celulozowy do rąk, 1 szt. strzykawka 5ml, igła iniekcyjna 0,7mm – całość pakowana, w jednym wygodnym do otwarcia i użytkowania opakowaniu typu tacka/blister

Lub inne równoważne zestawy przeznaczone do wykonania procedury znieczulenia.

**Odpowiedź nr 142**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 143****Pakiet nr 6 Poz. 1-9**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania z kolorowym nieprzeźroczystym konektorem, europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny poza wymaganym w siwz kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru, posiadać także oznaczenie numeryczne, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym oraz „zmrożoną-poślizgową” powierzchnię umożliwiającą, bezoporowe przemieszczanie cewnika w rurce intubacyjnej lub tracheostomijnej.

**Odpowiedź nr 143**

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**Pytanie nr 144****Pakiet nr 6 Poz. 10-18**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis „silikonowany” oznacz wymóg zaoferowania cewników, które wykonane są z wysokiej jakości lateksu, pokrytego zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza moczowego.
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź nr 144**

1. Tak, zapis „silikonowany” oznacz wymóg zaoferowania cewników, które wykonane są z wysokiej jakości lateksu, pokrytego zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza moczowego.
2. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 145****Pakiet nr 6 Poz. 19-27**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki urologiczne Nelatona i Tiemana, z kolorowym nieprzeźroczystym konektorem, europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedź nr 145**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 146****Pakiet nr 6 Poz. 28**


Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „cewnik Pezzer” oznacza wymóg zaoferowania cewników, posiadających zakończenie w postaci główki z 4 otworami przelewowymi, czy z 4 skrzydełkami stabilizującymi w miejscu założenia ?

**Odpowiedź nr 146**

Zapis siwz cyt. „cewnik Pezzer” oznacza wymóg zaoferowania cewników, posiadających zakończenie w postaci główki z 4 otworami przelewowymi.

**Pytanie nr 147****Pakiet nr 6 Poz. 70**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „zastawka antyzwrotna”, to zastawka zamykająca automatycznie drogę wycieku płynu po odłączeniu strzykawki, co minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań septycznych, związanych z obsługą przyrządów do wielokrotnego pobierania i aspiracji roztworów, ale także zabezpiecza



- personel przed niezamierzonym kontaktem z toksycznymi lub alergicznymi dla skóry substancjami lub ich aerozolami.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy typu Mini-Spike, powinny być oznaczone na samym wyrobie min. logo lub nazwą producenta, nazwą własną, numerem REF lub innymi danymi identyfikacyjnymi wskazanymi przez Zamawiającego, co pozwala na ich precyzyjną identyfikację w każdym momencie ich użytkowania klinicznego /także po wyjęciu z opakowania jednostkowego/, co umożliwi Zamawiającemu wypełnienie wymogów wynikających z zapisów Art. 74 ust. 6 Ustawy o wyrobach medycznych, odnoszących się do identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie, a związanych z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych.

#### **Odpowiedź nr 147**

1. Tak, Zamawiający potwierdza iż zapis siwz cyt. „zastawka antyzwrotna”, to zastawka zamykająca automatycznie drogę wycieku płynu po odłączeniu strzykawki, co minimalizuje ryzyko wystąpień powikłań septycznych, związanych z obsługą przyrządów do wielokrotnego pobierania i aspiracji roztworów, ale także zabezpiecza personel przed niezamierzonym kontaktem z toksycznymi lub alergicznymi dla skóry substancjami lub ich aerozolami.
2. Zamawiający nie wymaga.

#### **Pytanie nr 148**

##### **Pakiet nr 6 Poz. 75**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne butelki wysokociśnieniowe o tolerancji podanego w siwz ciśnienia początkowego na poziomie +/-50mbar, z drenem łączącym o długości tolerancji +/-1cm, europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania i użyciu), a związanym z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych) - oferowane butelki wysokociśnieniowe, jak wyroby używane przez dłuższy okres czasu (w warunkach klinicznych po wypakowaniu z opakowania jednostkowego) - powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną lub numer identyfikacyjny (REF) lub inne równoważne dane identyfikacyjne wskazane przez Zamawiającego na samym wyrobie.

#### **Odpowiedź nr 148**

1. Zamawiający nie dopuszcza.
2. Zamawiający wymaga standardowego opisu na produkcie.

#### **Pytanie nr 149**

##### **Pakiet nr 6 Poz. 76-77**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z linią widoczną w rtg”, oznacza wymóg zaoferowania cewników posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych ?

**Odpowiedź nr 149**

Tak, Zamawiający potwierdza, iż zapis siwz cyt. „z linią widoczną w rtg”, oznacza wymóg zaoferowania cewników posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych

**Pytanie nr 150****Pakiet nr 6 Poz. 87**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne plastry do mocowania venflonów, o tolerancji podanego w siwz rozmiaru na poziomie +/-1cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź nr 150**

Jeżeli pytanie dotyczyło poz.80, to tak.

**Pytanie nr 151****Pakiet nr 10 Poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne obwody oddechowe do aparatu do znieczuleń gładkie w środku lub rozciągane, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie istnieją obwody jednocześnie gładkie w środku i rozciągane, tak jak to wynika z literalnego zapisu SIWZ.

**Odpowiedź nr 151**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 152****Pakiet nr 10 Poz. 16**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane czujniki, powinny umożliwiać prawidłowy pomiar parametrów u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane czujniki jedorazowe Nelcor-Oximax, powinny posiadać kształt litery „I” oraz sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność ( %SpO<sub>2</sub>) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% - 3 cyfry, a wskazana dokładność dla obu zakresów SPO<sub>2</sub> powinna być potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych czujników - tak jak oryginalne czujniki identyfikowane przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax, światowego lidera w ich produkcji firmy Medtronic lub inne równoważne.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane czujniki dla noworodków, powinny posiadać w integralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przezroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika.

**Odpowiedź nr 152**

1-3 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 153****Pakiet nr 10 Poz. 17**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na przedłużacz do tlenu - tak jak obecnie stosowane - o równoważnej długości 180-210cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź nr 153**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 154****Pakiet nr 10 Poz. 18**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przestrzenie martwe - tak jak obecnie stosowane - powinny być sterylne, rozciągliwe /długość 7/16cm/, powinny posiadać podwójnie obrotowy łącznik z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, oraz standardowe złącza 15M-22M/15F.

**Odpowiedź nr 154**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 155****Pakiet nr 10 Poz. 19**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do punkcji opłucnej, składające się min. z: bezpiecznej igły i drenu do nakłucia klatki piersiowej w rozm. CH8, strzykawki 50ml luer-lock, oraz worka do drenażu o pojemności 2000ml z kompletem drenów, światowego lidera w ich produkcji.
2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do punkcji opłucnej, składające się min. z: cewnika przczskórnego w rozmiarach Ch 9 lub Ch12 do wyboru przez Zamawiającego, przewodnika z igłą typu bezpiecznego, worka do drenażu o pojemności 2000ml, skalpela, adaptera, drenu przedłużającego, światowego lidera w ich produkcji.

**Odpowiedź nr 155**

1-2 Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 156**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 1 dopuści przyrząd bez zaczepu na dren?

**Odpowiedź nr 156**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 157**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 1 dopuści opakowanie typu folia?

**Odpowiedź nr 157**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 158**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 5 dopuści strzykawkę 2ml z rozszerzeniem do 2,5ml?

**Odpowiedź nr 158**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 159**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 7 dopuści strzykawkę z mlecznym tłokiem?





**Odpowiedź nr 159**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 160**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 8dopuszcza opakowanie a'100 sztuk?

**Odpowiedź nr 160**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 161**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 10dopuszcza strzykawkę z pojedynczą skalą?

**Odpowiedź nr 161**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 162**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 9dopuszcza tłok wykonany z polietyleny, a cylinder z polipropylenu?

**Odpowiedź nr 162**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 163**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 11dopuszcza strzykawkę z jednym łącznikiem redukcyjnym luer; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź nr 163**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 164**

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 13dopuszcza igłę 0,45x13mm?

**Odpowiedź nr 164**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 165**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 12 z Pakietu 11?

**Odpowiedź nr 165**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 166**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1dopuszcza kaniule wykonaną z FEP w rozmiarze 26G 0,62x19mm?

**Odpowiedź nr 166**

Zamawiający nie dopuszcza.



**Pytanie nr 167**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 2-7 dopuści kaniule wykonane z FEP?

**Odpowiedź nr 167**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 168**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 3 dopuści kaniule w rozmiarze 22G 0,9x25mm?

**Odpowiedź nr 168**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 169**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 4 dopuści kaniule w rozmiarze 20G 1,1x32mm?

**Odpowiedź nr 169**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 170**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 5 dopuści kaniule w rozmiarze 18G1,3x45mm?

**Odpowiedź nr 170**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 171**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 7 dopuści kaniule w rozmiarze 14G2,1x45mm?

**Odpowiedź nr 171**


Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 172**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 8 dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk?

**Odpowiedź nr 172**

Zamawiający dopuszcza.



Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

Prezes Zarządu Ostrzeszowskiego  
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Marek Nowiński*